

HealthCare Equipment & Service

800-352-3201

xraysupply@yahoo.com P.O.Box 424 Kewaskum, WI. 53040 Fax 262-251-3270

DIGITAL TECHNIQUE CHART
STANDARD FREQUENCY

Cervical -AP / LAT
kV Level: 75-80
mA Level: 100S

Width	MAs(TIME)
4	4 (1/24)
5	4(1/20)
6	6(1/15)
7	8(1/12)
8	10(1/10)
9	12(1/10)
10	15(1/5)
11	15(1/5)
12	20(1/5)
13	20(1/5)
14	25(1/4)
15	30(1/4)
16	30(1/4)
17	36(1/4)
18	40((1/4)
19	50(1/4)
20	60(3/10)
21	60(3/10)

Lumbar-AP
kV Level: 85-90
mA Level: 200

Width	mAs
12	10(1/5)
13	10(1/5)
14	18(1/5)
15	20(1/5)
16	25(1/4)
17	30(1/4)
18	35(1/4)
19	40(1/4)
20	50(3/10)
21	60(3/10)
22	75(2/5)
23	75(1/2)
24	100(1/2)
25	120(1/2)
26	120(3/4)
27	150(3/4)
28	150(3/4)
29	200(1)
30	200(1)
31	250(1.25)
32	250(1.25)
33	250(1.25)
34	300(1.5)
35	300(1.5)
36	300(1.5)
37	400(2)

Lumbar - Lat
kV Level 90-95
mA Level: 200

Width	mAs
14	20(1/5)
15	20(1/5)
16	25(1/5)
17	30(1/5)
18	35(1/4)
19	40(1/4)
20	50(3/10)
21	60(3/10)
22	60(3/10)
23	80(2/5)
24	80(2/5)
25	100(1/2)
26	120(1/2)
27	120(1/2)
28	150(3/4)
29	150(3/4)
30	200(1)
31	200(1)
32	200(1)
33	250(1.25)
34	250(1.25)
35	250(1.25)
36	300(1.5)
37	300(1.5)
38	400(2)
39>	400(2)(2.5)